管理番号

F31081

動作確認チェックシート

検査日	2022年 10月 12日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ガスクロマトグラフ	電源電圧	単相100V, 25A	キャリアガス	He
型式	G-5000	周波数	50/60Hz	燃焼ガス	H_2 & AIR
メーカー名	日立製作所	大きさ(W×D×H)	434×613×555mm		
機械Ser.No	不明	検出器	FID（TCDなし）		
製造年月	不明	温度設定範囲	0～400℃		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 電源投入による立上がり、セルフチェックの機能に問題なし。

2 性能チェック用のモニタカラム、測定用のカラム、記録計は付属なし。

このため現状では性能確認(燃焼時のイオン量検知感度や安定度の確認)ができない。

分析ツール、設備環境の整った条件下での確認が必要。
弊社での性能確認ができないため、お客様の環境下で使用可能か確認することを推奨します。





燃焼ガス入口(H2、AIR各1)




キャリアガス入口(He)

セルフチェック完了



オーブンプログラム画面



取扱説明書(有)　2023年3月23日 再チェック OK 野沢 早川

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作(保留)　作業工数[2.5H]

検査担当者[野沢]　早川