管理番号

F40017

動作確認チェックシート

検査日	2024年2月28日				
商品名	防振台(除振台)	外寸(WxDxH)	1200x780x740mm		
型式	AVT702	外観/フロート部	1100x680mm		
メーカー名	WENTWORTH LABORATORIES	搭載許容重量	―		
機械Ser,No	1619				
製造年月	―	エアー供給方式	コンプレッサー 工場エアー等		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
3	姿勢制御SW設定	エアーSW及び空気バネの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	―
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1.外観目視確認⇒問題なし。

2.エアー供給制御動作確認⇒約0.4MPaのエアーを供給及び負荷120kgを載せて制御動作確認⇒問題なし。



フロート部浮上前



エアー(0.4MPa)供給⇒50PSI



ウエイト搭載　20kg/個x6

取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　(備考欄コメント)　[責任者]

動作:OK 作業工数[2.5 hr]

検査担当者[　雨宮　]