管理番号

GE1F62

動作確認チェックシート

検査日	2025年 7月 1日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	小型膜乳化装置	電源電圧	単相100V, 50VA	重量	8kg
型式	DH0-01	周波数	50/60Hz		
メーカー名	SPGテクノ	大きさ(W×D×H)	250×420×460mm		
機械Ser.No	不明	分散相液圧入速度	0.01～99.99mL/h		
製造年月	不明	スタラー回転数	300～1500rpm		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC (未)　　TP (未)　　BT交換 (未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等)　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

使用するモジュール(連続相容器、SPG、回転子等)が付属していないため、液を注入しての実際の動作は未確認。

1 (1)マニュアルでのシリンジ上下、スタラー回転動作問題なし。

(2)オートモードでのパラメータ設定とオート動作に問題なし。

2 付属品次頁参照。

液を実装するモジュールは付属していな



取扱説明書(有)

修理・改造履歴


年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作(OK)　　作業工数[2H]

検査担当者[野沢]







連続相容器がないので、ビーカで
スタラーの状況確認　OK





付属品写真

