

動作確認チェックシート

検査日	2025年 5月 14日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	真空オーブン	電源電圧	単相 AC200v
メーカー	アルバックテクノ	装置外寸	1200x1060x1680
型式	H6D-350	炉内寸	540x500x640
製造番号	JB04-5045A-1	資料台	330x455
製造年	2005 1		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

真空ポンプ接続して、冷却水導入し電源投入、手動バルブ開、数分で10Pa到達。

ヒーターONしてランプ点灯、温度変更等特に問題なし。



操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[8H]

弊社在庫 ドライポンプを使用

検査担当者[横内]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

