管理番号

I70767

動作確認チェックシート

検査日	2025年　6月　13日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	コールドライト	定格電圧	1相　100V	外寸	W175D240H135
型式	HL150R	周波数	50/60 Hz	重量	3.9Kg
メーカー名	HOYA　SCHOTT	消費電力	135W（230VA）	ファイバー差込経	15mm
機械Ser.No	A8380075	ランプ消費電力	15V150W		
製造年月	年　月	ランプ	15V150W		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観



・通電確認

電源スイッチON/OFF　確認

ファン回転確認　異音なし

・動作確認

調光Sw調節で照度変化確認











4メモリ　8メモリ　10メモリ（Max）

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025/6/13	ランプ交換（新品）	甲木

File Maker入力

動作（OK）　作業工数[1.5H]

検査担当者[katsuki]

ユーザー名【　】

（備考欄コメント）

ファイバーケーブル不良の為なし

出荷日　年　月　日

[責任者]

穂苅