管理番号

I70768

動作確認チェックシート

検査日	2025年6月13日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	コールドライト	定格電圧	単相　100V	外寸	W110 D300 H135
型式	HL100E―SH	周波数	50/60 Hz	重量	3.7Kg
メーカー名	HOYA　SCHOTT	消費電力	135W（230VA）	ファイバー	有り
機械Ser,No	016Z7674	ランプ消費電力	100W	ファイバー差込経	15mm
製造年月	年　月	ランプ形名	JCR12V100W10H	シャッター	有り

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観




・通電確認

電源スイッチON/OFF　確認

ファン回転確認　異音なし

・シャッター動作






24V電源接続しシャッター閉　確認

・動作確認

調光Sw調節で照度変化確認



4メモリ　8メモリ　10メモリ（Max）

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作（OK）　作業工数[2h]

検査担当者[katsuki]

ユーザー名【　】

（備考欄コメント）

出荷日　年　月　日

[責任者]

穂苅