

管理番号

J30176

動作確認チェックシート


検査日	2025年 7月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	線路インピーダンス装置	電源電圧	AC100V		
型式	TS-EE0126	周波数	50/60Hz		
メーカー名	東京精電	外寸	W260 D522 H541		
機械Ser.No	18G41013	重量	約40kg		
製造年月	-				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認を実施。 → 問題なし。
- 2、動作確認 → 問題なし。
 - ①「電源」パイロットランプ点灯確認OK。
 - ②FANモータ動作確認OK。
 - ③「短絡」スイッチ動作確認。(AC100Vを供給して実施。)
 - 1) 短絡用端子台にショート線を取付けて「短絡SW」OFFにて電磁接触器が動作することを確認。
 - 2) ショート線を取外して「短絡SW」ONにて電磁接触器が動作することを確認。

動作確認



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.0 H]

検査担当者 [佐藤(紀)]

ユーザー名【

】出荷日

年 月 日

