管理番号

J30372

動作確認チェックシート

検査日	2025年　6 月　6 日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	スターラー	電源電圧	1相　100V		
型式	MD-21	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	ヤマト科学	攪拌台寸法	145×145㎜		
機械Ser,No	252	外寸	W145D170H110		
製造年月	年　月	重量	1.8kg		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観

異常なし



・通電確認

電源ランプ点灯確認



・動作確認

目盛り（中央）







目盛り（MAX）







取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作（OK）　作業工数[　2.5h　]

検査担当者[　柿原　]

ユーザー名【　】

（備考欄コメント）

出荷日　年　月　日

[責任者]

穂苅