

管理番号

L20151

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月28日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	FFU	電源電圧	AC100V		
型式	MAC-11FR	周波数	50/60Hz		
メーカー名	日本エアーテック	外寸(mm)	W250×D250×H145		
機械Lot.No	A15907015	風量	1.0m ³ /min		
製造年月	-				

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×) 測定値
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	フィルター確認	汚れ・破れ・破損等はないか。	○
6	パーティクル測定	社内用治具でパーティクル測定を3回実施する。(測定Size:0.3μm)	平均値:0個
7	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
8	データバックアップ	PLC (済・未 対象 ・NG) TP (済・未 対象 ・NG) BT交換 (済・未 対象 ・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 動作確認結果:正常、上記チェック項目1〜6を満たす事を確認済
- 風量切換SW確認:正常、高速/低速の風量切替わりを確認済
- 付属品:電源ケーブル(着脱式)



FFU本体



測定環境



測定結果

- ※①外観に傷等がある場合:詳細追記、写真添付
②フィルター汚れ、破れ等がある場合:詳細追記、写真添付
③通電時の異常、FAN異音がある場合:詳細追記、写真添付
④風量切換SWなどがある場合:動作確認実施、詳細追記
⑤付属品がある場合:詳細追記
⑥オプション等ある場合:詳細追記、写真添付

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数 [0.5h]

検査担当者[遠藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日



ASK INDEX