

動作確認チェックシート

検査日	2023年 6月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ファイバースコープ	リチウム電池	DC3.7V, 1880mAh	静止画ファイル フォーマット	AVI(640×480)
型式	RST-2486	ACアダプタ	リチウム電池充電専用	録画ファイル フォーマット	640×480 JPEG
メーカー名	アズワン	大きさ(W×D×H)	100×210×50mm	ディスプレイ	RGB 16.7M カラー デジタル3.5インチLCD
機械Ser.No	9040569	SDカード	4GB FAT	録画時間	約2時間30分
製造年月	不明	ビデオレコーダ	IN:CBVS, OUT:CCIR	静止画保存枚数	45,000枚

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 リチウム電池の充電問題なし。
- 2 モニタ問題なし。静止画・録画撮影及び保存も問題なし。



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2023年6月16日	充電できない時あり。充電用変換プラグはんだ付けで修復。	川上

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[野沢]

