

管理番号

M50451

動作確認チェックシート

検査日	2025年 5月 27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドラフトチャンバー	電源電圧	単相 100V	外径寸法	W1200 D830 H3000 mm
型式	TNR-ST-2100SUS工業(株)	周波数	50/60Hz	開口寸法:	W1030×H1330mm
メーカー名	オリエンタル技研	照明	20W型×1(蛍光灯)		
機械Ser.No	1514254	コンセント	2×2ヶ所		
製造年月	2011年11月	排気ダクト	外寸φ330・内寸φ260		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1, 外見:問題なし(上下2分割にて分かれています。)
- 2, スイッチ類:問題なし
- 3, 動作:照明、排気ファン、アラーム問題なし(アラームは下側ファンの配線コネクタを外し確認)
- 4, その他:水、ガス関係



制御盤内



扉閉近接スイッチ



蛍光灯(黄色)



上部排気ダクト

チャンバー
内部配管

給水配管、ガス配管



排水管



排気、蛍光灯



排気アラーム



コンセント確認

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力
動作(OK)
検査担当者[
ユーザー名[

作業工数[2 H]
ニ科

】出荷日 年 月 日

(備考欄コメント)

[責任者]

