管理番号

MA0107

動作確認チェックシート

検査日	2022年12月26日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	バイオフリーザー（ノンフロン）	電源電圧	AC100V3.0/2.5A	固定棚6段/引出し14個	
型式	GS-5210HC	周波数	（50 / 60）Hz	外寸w、d、h	750x750x1725
メーカー名	日本フリーザー	定格消費電力	140W	内容積	513L
機械Ser,No	854372735	冷媒	R600a（90g）	重量	99kg
製造年月	2021	冷却能力	−14〜−28℃	鍵付き（2個）	

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　内部、外部共に10℃でSW、ON、約2時間47分で−28℃確認（設定温度−30℃）





取扱説明書（有）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録　・再動作	作業者
2023. 10. 17.	再動作OK。	上田
2024. 11. 8	〃	〃

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[2 H]

検査担当者[　　上田　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日