

N11106②

動作確認チェックシート

検査日	2026年2月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	レーザー変位計	電源電圧	DC10～30V	最小表示単位	IL-300: 10 μ m
型式	IL-300/IL-1000	基準距離	300 mm	アナログ電圧出力	$\pm 5V$ 1 $\sim$ 5V ϕ 5V
メーカー名	キーエンス	測定距離	160～450 mm	アナログ電流出力	4～20mA
機械Ser.No	93216253/HAF311781	波長	655nm (出力560 μ W)	判定出力	オープンコレクタ出力
製造年月	2013年 9月	スポット径	約500 μ m	表示周期	約10回/秒

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・動作

センサーヘッド設置位置: 約200mm

レーザー投光 確認

サンプル: ミツトヨ 30mmブロックゲージ(30x35mm)



・通電確認

社内DC24V電源接続

センサーヘッド(IL-300) LASERランプ点灯 確認

アンプ(IL-1000) 表示部 確認



アンプ表示部数値の変化 確認

問題無いと判断致します

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[1h]

DC24V電源別途必要

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

