

N60426

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2025年 6月 11日
名称	デジタルマイクロスコープ
メーカー	KEYENCE
型式	VHX-500
S/N	6C20520SDH
年式	— 年 — 月

【外観】



【仕様】

本体(モニター)	カラー液晶(TFT)15型	マイクロスコープ	型式:VH-Z100R
照明ランプ	12V/100Wハロゲンランプ		No.1990012
電源電圧	AC100-240V ±10%	倍率	100x~1000x
周波数	50/60Hz	観察距離	25mm
本体寸法(W×H×D)	382×192×440	照明方式	同軸落射照明
レンズ・スタンド	型式:VH-S5		
	No.7850918	マイクロスコープ	型式:VH-Z500
			No.1470002
マイクロスコープ	型式:VH-Z35	倍率	500x~5000x
倍率	35x~245x	観察距離	4.4mm
		照明方式	同軸落射照明

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	問題なし。
外観	スタンドに汚れがあるが問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
(コンソール含む)	各SW類、ツマミ類問題なし。
照明	問題なし
PC	モニタ含め問題なし。

取扱説明書 無

本体画像(電源投入)



VH-Z100R 100x



VH-Z100R 1000x



VH-Z500



VH-Z500 500x



【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者
2025年6月11日	スコープ、スタンドをVHX-600 (No.030300) の付属品と交換	三科
2025.10.26	スコープ・スタンドを取り付け確認。本体は正常に動作している。	三科 (早川)

File Maker入力

(備考欄コメント)

【責任者】

動作(OK) 作業工数[6 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日

早川