

N90225

動作確認チェックシート

検査日	2023年10月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ローラーポンプ	電源電圧	AC115V	付属ヘッド流量	0.21~21ml/min
型式	7520-50	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	マスターフレックス	回転数	1~100rpm		
機械Ser.No	L04004522				
製造年月		付属ヘッド	7017-21	チューブ	付属φ6mm

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

下表示の様に、ビーカーからビーカーへ水排出、回転数MAX、1分で約63mL排出確認、正、逆回転問題無し。


右側から左に排水。



ヘッド



約63mL



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

