管理番号

NB0293

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 11日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	コロニーカウンター	電源電圧	単相100～240V	表示	3桁デジタル表示
型式	ACK-3	周波数	50/60Hz	適応ｼｬｰﾚｻｲｽﾞ	φ50～150mm
メーカー名	アズワン	大きさ(W×D×H)	300×360×125~500	重量	4kg
機械Ser.No	1207202116	光源	LED		
製造年月	不明	倍率	3～9倍		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	
2	起動動作	POWER　ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	
3	SW設定	SWの機能は正常か。	
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	
6	データバックアップ	PLC (未・NG・未対象)　　TP (未・NG・未対象)　　BT交換 (未・未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等)　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 ステージライト点灯、光量調整問題なし。ルーペのライト点灯問題なし。

2 ペンによるカウント問題なし。インクあり。

3 カウント表示、増減及びリセット操作問題なし。









取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025年9月11日	ルーペのLED点灯せず(電池なし)。電池取付け SR1130 4個	野沢

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作(OK)　　作業工数[1H]

検査担当者[野沢]