

NC0982

動作確認チェックシート

検査日	2025年7月29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ	到達温度	15 (K) 以下	適合コンプレッサー	C10/C10AT/C10ES
型式	CRYO-U6H	フランジ径	VG150		
メーカー名	アルバック	排気速度	窒素: 750 L/S		
機械Ser.No	0802199D	冷却降下時間	80/70 min(50/60Hz)		
製造年月	—	重量	19Kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・NC0982 : CRYO-U6H



社内在庫コンプレッサー



・到達温度: 11K

・到達圧力: 1.7×10^{-4} Pa

取扱説明書(無)

* 社内在庫コンプレッサーと接続し正常に動作する事を確認致しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.5 H]

検査担当[立野]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

