

動作確認チェックシート

検査日	2025年 5月 29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	単相 100V±10% 240VA	出力2電流	0～5 A
型式	PMM25-1TR	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	KIKUSUI	出力1電圧	DC 0～±25 V		
機械Ser.No	EE002174	出力1電流	0～1A		
製造年月	年 月	出力2電圧	DC 0～6 V		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ◎ SW類 ○ POWER, OUTPUT, PRESET, OVP, 6V, -25V, +25V 確認
○ (VOLUME) ±25V VOLTAGE, 6V VOLTAGE, TRACKING 確認

- ◎ 表示類 ○ 電圧値表示、電流値表示 確認
○ (LED) OUTPUT, METER OL, +25V, -25V, 6V 確認

- ◎ 動作 電子負荷 KIKUSUI PLZ664WA 使用

出力1 +25V	設定電圧値	電流値
	5.0V	0.00～1.00 A
	15.0V	0.00～1.00 A
	25.0V	0.00～1.00 A
出力1 -25V	-5.0V	0.00～-1.00 A
	-15.0V	0.00～-1.00 A
	-25.0V	0.00～-1.00 A
出力2 6V	6.0V	0.00～5.00 A



取扱説明書(無) ウェブ KIKUSUI より取説ダウンロード可。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

