

管理番号

P10375

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	水用流量センサ	定格電圧	DC 12V		
型式	WF3025-10-A3-s3	最高圧力	1.0MPa		
メーカー名	CKD	水量範囲	0 ~ 16L/min		
機械Ser.No	8716-033 G	アナログ出力	0 ~ 8V		
製造年月	-	口径	Rc3/8		


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 外観:問題なし

2 起動動作:水道水を流し確認 問題なし。

※アナログ出力については、生産終了品にてメーカーホームページにも回路図が無く不明にて
確認が出来ませんでした。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.0 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日



ASK INDEX