

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	単相 100~240V 1100W		
型式	PK30-27	周波数	50 / 60 Hz		
メーカー名	松定	出力電圧	DC 0~30 V		
機械Ser.No	021493P	出力電流	DC 0~27 A		
製造年月	年 月	出力電力	800W		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ POWER, OUTPUT, SET, OVP/OCP, LOCK 確認

○ (VOLUME) VOLTAGE, CURRENT 確認

◎ 表示類 ○ 電圧値、電流値表示 確認

○ (LED) CV, CC, OUTPUT 確認

◎ 動作 ○ 出力動作 KIKUSUI PLZ664WA 電子負荷(660w)使用

設定電圧値 電流値

CV動作 15.01V 0.14 ~ 27.01 A

29.90V 0.00 ~ 22.00 A

設定電流値 電圧値

CC動作 15.00A 0.04 ~ 29.95 V

27.00A 0.21 ~ 24.00 V



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

管理入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

