管理番号

P30555

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月12日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	コールドライト	電源電圧	1相 90～132V	外寸	W110D240H110
型式	ELI-100G	出力	DC0.5～12V9A	重量	2.2 Kg
メーカー名	三菱レイヨン	適合ランプ	JCR12V100W10H	ファイバー	無し
機械Ser,No	4H0221	ファイバー差込径	φ40mm		
製造年月	年　月				

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観　…異常なし




・通電確認

電源スイッチON/OFF　確認

ファン回転確認　異音無し

・動作確認

調光Sw調整で照度変化確認



目盛：2　目盛：6　目盛：MAX

取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作（ OK ）　作業工数[　1h　]

検査担当者[　Tokunaga　]

ユーザー名【　　】

（備考欄コメント）

※ファイバーケーブル付属無し

出荷日　年　月　日

[責任者]