

管理番号

PB0538

通電確認チェックシート

検査日	2026年2月6日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	圧力コントローラー	電源	AC115V(0.63A)		
型式	651CD2SINJ	電源	AC230V(0.315A)		
メーカー名	MKS	周波数	50/60Hz		
機械Ser.No	001847758	外寸	W240×D245×H90		
製造年月	2008年	質量	3.6 kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	-

・通電にてモニター画面の確認・ローカル時の開閉切り替え確認を実施致しました。



CLOSE



OPEN

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [1.5H]

検査担当者 [金子]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

