

動作確認チェックシート

検査日	2026年 3月 25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スパッター用DC電源	電源電圧	三相 200 /220V 3.4A 1.2KVA	CH数	1
型式	HPK01Z	周波数	50/60 Hz	最大出力	1Kw
メーカー名	KYOSAN	定電圧制御	1000V max (切替無)		
機械Ser.No	WA7659	定電流制御	1.7A max	冷却方式	空冷
製造年月	2006年 11月	定電力制御	1Kw		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ POWER(MAIN), DC POWER ON, DC POWER OFF, △, ▽, ◀, ▶, ESC, ENT 確認

◎ 表示類 ○ (数値表示) 電圧,電流、電力値表示 確認

○ (LEDステータス表示) POWER ON, POWER OFF, ALARM 確認

◎ 動作 ○ 出力設定 定電圧動作 92V その他動作モード確認OK

電流値 1.79 A

電力値 0.16 KW

○ 高出力確認 V=1000V 出力確認



取扱説明書(無) 負荷 BIRD 8931-115 50Ω 10KW 使用

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
	◎インターロック解除方法	
	INTERFACE コネクタ 1-2 ショート	

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H] コネクタケーブル類は、付属していません。

検査担当者[佐藤]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

