

Q40625

動作確認チェックシート

検査日	2026年4月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	AC単相 100-240V 2.5A	寸法	W50 D158 H92
型式	S8JX-N10024C			重量	0.4kg
メーカー名	オムロン	周波数	50/60 Hz		
機械Ser.No	23Z10MT	出力電圧	DC24V 4.5A		
製造年月	年 月	出力容量	100W		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境: 室温 22.8℃ 湿度 43.7%RH

・外観 ... 異常なし



・電源投入

入力電圧 ... テスター表示(写真左)

DC出力表示 ... LED点灯OK(写真右)



①入力電圧



②出力表示LED

V.ADJ つまみ

・出力電圧確認

条件: 無負荷

V.ADJにて出力電圧可変幅の確認

※社内測定器(FLUKE 23III MULTI METER)を使用し測定



初期状態



V.ADJ max



V.ADJ min

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5H]

検査担当者[Kugizaki]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

