管理番号

Q40661

動作確認チェックシート

検査日	2026年4月17日	温度範囲	室温＋20 ℃ ～ 300 ℃		
商品名	恒温槽(定温乾燥器)	電源電圧	AC100V	観察窓	180mm×220mm
型式	SONW-450SB	周波数	50/60Hz	棚板	2枚
メーカー名	アズワン	ヒーター	1400W	内寸	W450D450H450
機械Ser,No	8421X005	容量	約91L	外寸	W550D567H760
製造年月		排気口	Φ32mm×1	本体重量	40kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC (未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等)　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(室温20℃　湿度50%)

■外観・・・異常無し





■通電確認

ディスプレイ部表示　確認

スイッチ操作　確認

■動作確認


・定置運転

庫内温度20°Cから仕様最高温度(300°C)到達まで　**約50分**

庫内実温測定(参考値)　測定器：社内測定器(LR8500)







・プログラム運転

温度制御・時間制御　確認

設定時間終了で停止　確認

・過昇防止器

エラーコード表示/運転停止　確認

正常に作動する事を確認



取扱説明書(　有　)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　(備考欄コメント)　　[責任者]

動作(OK)　　作業工数 [6h]

検査担当者[菊竹]

ユーザー名【　　】　　出荷日　　年　　月　　日