

管理番号

Q40936

動作確認チェックシート

検査日	2026年7月14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	3相 200-240V	モーター出力	0.55KW
型式	GLD-201A	電源・電圧	3相 380-460V	排気速度	200 / 240L/min
メーカー名	ULVAC	周波数	50・60 Hz	電流値	2.8A
機械Ser.No	1022050	吸気口	NW25	重量	26Kg
製造年月日	—	排気口	専用キャップ		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



・到達圧力 : 0.23 Pa



・電流値 : 1.76 A

* 暖気運転60分後、再起動 ➡ 60秒経過後の到達圧力です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2026年7月14日	新油投入	立野

SHIRADAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数 [2.5 H]

検査担当者 [立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

