

管理番号

Q40938

動作確認チェックシート

検査日	2026年7月16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	AC100/200V	排気速度	96・116L/min
型式	RV5	周波数	50・60 Hz	オイル仕様	鉱物油
メーカー名	エドワーズ	吸気口	NW25	外寸	160×430×270
機械Ser.No	099405180	排気口	NW25	重量	24kg
製造年月	—	規格値(到達圧力)	$2.0 \times 10^{-1} \text{Pa}$		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



・排気ミストは付属致しません。

・AC100V仕様にて運転確認実施しました。

・到達圧力: $5.2 \times 10^{-1} \text{Pa}$

・電流値: 3.54A

* 暖気運転60分後、再起動 → 60秒経過時の到達圧力です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2026年7月14日	新油投入	立野

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[2.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【】出荷日 年 月 日

