管理番号

Q51113

動作確認チェックシート

検査日	2026年6月5日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ホットプレート	電源電圧	1相　100V	寸法	W192 D285 H84
型式	CH-180	周波数	50/60 Hz	プレート寸法	178×178mm
メーカー名	アズワン	許容電流	10A	材質（天板）	セラミック
機械Ser,No	1617070306260	温度範囲	室温+5 ～ 520℃	耐荷重	18kg
製造年月	年　月			重量	3kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC（済・**未対象**・~~NG~~）　TP（済・**未対象**・~~NG~~）　BT交換（済・~~未~~）	

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作環境：室温　24.4℃、湿度　60.5%RH

■外観　・・・　異常なし

■動作確認　・社内接触温度計（test925）にて測定

天面を下図の様に4分割域に分けて温度を計測



※温度設定はmaxで実施

・途中の昇温動作は問題なし

	測定開始前	安定後(9分後)
①	24.5℃	532℃
②	24.5℃	534℃
③	24.4℃	538℃
④	24.6℃	539℃

■通電確認

つまみを回し電源ON後”**heat**”インジケーター点灯確認・・・OK

60℃を超えると”**hot top**”インジケータ点灯確認・・・OK

【参考値】

温度経過時間（ストップウォッチ読み）

100℃ → 0min 36sec

200℃ → 1min 08sec

300℃ → 1min 50sec

400℃ → 2min 37sec

500℃ → 4min 13sec

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（OK）　作業工数[2.5H]

検査担当者[Kugizaki]

ユーザー名【　】　出荷日　年　月　日