管理番号

Q93117

動作確認チェックシート

検査日	2026年11月9日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	表面検査ランプ	電源電圧	1相　100V	重量	7.5Kg
型式	F-100Z	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	フナコシ	ランプ径	φ110mm		
機械Ser,No	61393	波長域	300～400mm		
製造年月	年　月	外寸	W180 D400 H500		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観…異常なし




・動作確認



VoL:1



Vol:3



VoL:Max







・通電確認

ファン異音無し　確認

・電源ランプ

電源ランプが球切れと思われます。

動作確認には問題ありません。



取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

動作（OK）　　作業工数[　2h　]

検査担当者[　Katsuki　]

ユーザー名【　　】

（備考欄コメント）

電源ランプ球切れ

※動作確認問題無し

出荷日　　年　　月　　日

[責任者]

穂苅